

新生學校財團法人新生醫護管理專科學校
採購規格明細表

採購案號：HSC11304802

採購案名：113 年高等教育深耕計畫_醫保相關教學設備

項次	項目名稱	規格	數量	單位	存置地點
1	水流抽氣幫浦	1. 含真空計 10L 2. 真空度依水溫而定,10℃時 12mm-Hg,20℃時(20mm-Hg), 30℃時(28mm-Hg) 3. 抽氣裝置為 2 支 150mm 之不鏽鋼吸氣管,抽氣口 8mm"	4	台	醫藥科技暨生物實驗室 A703
2	手指末梢血管流速觀察器	1. 功能:血液流速,人體微循環檢測 2. 材質:金屬機身 3. 光源:LED 冷光源 4. 載物台:雙層移動 5. 放大倍數:1200 倍 6. 細調範圍:1.8~2.2mm" 7. 電壓 110V-220V 8. 尺寸:33x20cm (+-10cm)	1	組	智慧醫材教室 A309
3	人體骨骼_散骨	1. 顱骨與完整的人體骨架 2. 重量:5.6kg±5% 3. 塑料材質 4. 骨骼尺寸同真人尺寸 5. 頭顱下顎部分可做開闔動作 6. 骨架是人類骨骼解剖學研究教學用,呈現如真人的骨洞"	3	組	智慧醫材教室 A309

備註：

1. 投標時提出型錄及詳細規格以供審查，並製作『廠商投標規格說明書』，內容應詳列有各項設備名稱、國別、廠牌及型號及中文詳細規格或原廠型錄供審規格標之用(若為原文者，則應附中文規格說明。廠商依附詳細型錄，足供本校辨識符合採購規格，不可以相片或文字敘述當作規格。)
2. 相關檢測、試驗或是測試證明文件須於驗收時提出。
3. 上述設備允許投標廠商提出『同等品』，並應於投標文件內預先提出。
4. 廠商所提之同等品應敘明廠牌、價格及功能、效益、標準或特性等相關資料，以供審查。
5. 以上設備得標廠商須負責安裝配置完成並可實際操作使用方算完成驗收。
6. 所需之設備、線路由投標廠商自行勸查估價，包括在總標價內，本校將不再額外負擔任何費用。
7. 承商得依需要自行至現場實際瞭解(須由本校相關業務負責人陪同)，於進場施作前必須提出詳細施作圖供管理單位審核，核可後方可進場施作。